

<b>Désignation du produit</b>	<b>GANTS D'EXAMEN EN LATEX SOFT SANS POUDRE</b>																								
<b>Photo produit</b>																									
<b>Description produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gants d'examen non poudrés en latex.</li> <li>▪ Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés.</li> <li>▪ Enduction interne : polymère</li> </ul>																								
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th></th> <th>XS -5/6</th> <th>S - 6/7</th> <th>M - 7/8</th> <th>L-8/9</th> <th>XL-9/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Largeur de paume (mm)</td> <td>76 ± 3</td> <td>84 ± 3</td> <td>84 ± 3</td> <td>105 ± 3</td> <td>113 ± 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Epaisseur au doigt</td> <td colspan="5">0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Epaisseur à la paume</td> <td colspan="5">0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teneur en protéine : max 50 µg/dm<sup>2</sup></li> <li>▪ Niveau de poudre : max 2 mg/dm<sup>2</sup></li> <li>▪ En conformité avec les normes : EN 455-1/2/3/4, EN 420, EN 374-1/2/4/5</li> </ul>		XS -5/6	S - 6/7	M - 7/8	L-8/9	XL-9/10	Largeur de paume (mm)	76 ± 3	84 ± 3	84 ± 3	105 ± 3	113 ± 3	Epaisseur au doigt	0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16)					Epaisseur à la paume	0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14)				
	XS -5/6	S - 6/7	M - 7/8	L-8/9	XL-9/10																				
Largeur de paume (mm)	76 ± 3	84 ± 3	84 ± 3	105 ± 3	113 ± 3																				
Epaisseur au doigt	0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16)																								
Epaisseur à la paume	0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14)																								
<b>Packaging</b>	Boîte contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boîtes par carton.																								
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication																								
<b>Indications d'utilisation</b>	 																								
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous Règlement MDR 2017/745 abrogeant La Directive 93/42/CEE Équipement de protection individuelle de classe III sous Règlement UE 2016/425 Marquage CE 2777 – SATRA																								