

Désignation du produit	GANTS D'EXAMEN EN LATEX SENSI + SANS POUVRE					
Référence	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	XL – 9/10	
	3135154	3135155	3135156	3135157	3135158	
Photo produit						
Description produit	Gants d'examen non poudrés en latex, chlorinés. Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés.					
Caractéristiques et compositions		XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	XL-9/10
	Largeur de paume (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109	110-119
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teneur en protéine : max 50 µg/dm² ▪ Niveau de poudre : max 2 mg/dm² ▪ En conformité avec les normes : ASTM D3578-05, EN 455-1/2/3, EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3 					
Packaging	Boite contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boites par carton.					
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication					
Indications d'utilisation	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <small>EN ISO 374-5:2016</small>  <small>Virus</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B</small>  <small>KPT</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>NON STERILE</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <small>AQL</small>  <small>1.5</small> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <small>LATEX</small> </div> </div>					
Informations légales	Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745 + EPI Cat. III Marquage CE 0598. Organisme notifié : SGS FIMKO OY. Fabricant : MAXTER GLOVE MANUFACTURING Sdh Bhd.					

Version 1.1

Mise à jour 2022/01/07 par MF